

ФИЛИАЛ  
ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ"  
В Г. ВОРОНЕЖЕ  
Конструкторов ул., д.82, г. Воронеж, 394038

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о непригодности к применению  
№ П364/166ю

Средство измерения: Счетчик газа. Тип СГ-80-160  
Серия и номер клейма предыдущей поверки Отсутствует  
Заводской номер 08440  
Принадлежащие ТСН ТСЖ СВ-96

поверено в соответствии СЯМИ. 407221-448 МП «Инструкция. ГСИ. Счетчики газа турбинные», с применением эталона – УПСГБ-1600 (свидетельство о поверке №979013-16, действительно до 03 апреля 2018 г.), и на основании результатов поверки признано непригодным к применению в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений

Причина непригодности: Относительная погрешность измерения счетчика превышает допустимые значения. Средняя относительная погрешность на расходе Q<sub>нп</sub> составляет -61,52%, допустимое значение допн. = ±2%

Мастер группы по поверке и  
ремонту средств измерения

Должность руководителя подразделения  
ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ»  
ФИЛИАЛ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ВОРОНЕЖ» В Г. ВОРОНЕЖЕ  
РЕМОНТНО-ПОВЕРИТЕЛЬСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  
ГРУППА ПО ПОВЕРКЕ И РЕМОНТУ  
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

Подпись

А.Г. Тихонов  
Инициалы, фамилия

Подпись

А.Г. Тихонов  
Инициалы, фамилия

«14» 09 2016 г.